

کدامیک زیر شاخه ستهای تزریق نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. ست سرم
- b. میکروست
- c. ست خون
- d. پورت تزریق

سوال 1

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 2

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

انجام کدامیک از آزمون های ایمنی الکتریکی در کنترل کیفی الرامی است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. امپدانس زمین و استقامت دی الکتریک
- b. جریان نسبی و استقامت دی الکتریک
- c. امپدانس زمین و جریان ناشی
- d. جریان ناشی و استقامت مکابیکی

سوال 3

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

حداکثر زمان مراجعه جهت ارائه خدمات پس از فروش در استان است.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. بیست و چهار ساعت
- b. چهل و هشت ساعت
- c. هفتاد و دو ساعت
- d. یک هفته

سوال 4

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

جمله مقابل، تعریف کدام گزینه می باشد؟ "مجموعه ای درهم آمیخته از سازمانها با افراد است که وظیفه معا نمودن کالا و خدمات را برای مصرف کننده نهایی برعهده دارد."

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. اصناف
- b. شرکتهای توزیعی
- c. کانال های توزیع
- d. هیچکدام

سوال 5

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

ساعتمزد ساعات بی راهی جهت ارائه خدمات پس از فروش است.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. معادل با ساعتمزد ساعات مفید است.
- b. معادل با 50% ساعتمزد ساعات مفید است.
- c. معادل با 70% ساعتمزد ساعات مفید است.

براساس آیین نامه تجهیزات پزشکی، کدامیک از اشخاص ذیل عضو کمیته فنی نمی باشند؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- b. سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
- c. معاون توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- d. دو نفر از حوزه صنعت تجهیزات پزشکی

سوال 6
هنوز جواب داده نشده
نمره از 1.00
علامت گذاری سوال

کدامیک از موارد ذیل نادرست است.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی فاقد مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی به منزله قاچاق است.
- b. تبلیغات تجهیزات پزشکی فاقد مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی ممنوع است.
- c. داروخانه ها صرفاً مجاز به تهیه تجهیزات پزشکی از توزیع کنندگان می باشند.
- d. صاحبان حرف پزشکی منحصرأ مجاز به تهیه تجهیزات پزشکی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند.

سوال 7
هنوز جواب داده نشده
نمره از 1.00
علامت گذاری سوال

اشخاص حقوقی که تولیدکننده یا نماینده قانونی تولیدکننده نمی باشند

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. در صورت تسلط بر تعمیرات تجهیزات پزشکی مجاز به ارائه خدمات پس از فروش می باشند.
- b. در صورت اخذ مجوز مجاز به ارائه خدمات پس از فروش می باشند.
- c. مجاز به ارائه خدمات پس از فروش نمی باشند.
- d. مجاز به ارائه خدمات پس از فروش جهت دستگاه های با عمر بالای ده سال می باشند.

سوال 8
هنوز جواب داده نشده
نمره از 1.00
علامت گذاری سوال

..... عبارت از فروش مستقیم تجهیزات پزشکی به صاحبان حرف پزشکی است.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. عرضه
- b. توزیع
- c. خرده فروشی
- d. توزیع و عرضه

سوال 9
هنوز جواب داده نشده
نمره از 1.00
علامت گذاری سوال

براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال 1392)، کدامیک از عبارات ذیل نادرست است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. ارزش کالای قاچاق ورودی براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان واردات محاسبه می گردد.
- b. ارزش سقف کالا برابر با مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل است.
- c. بهای ارز بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی در زمان کشف اعلام می گردد.
- d. اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد جعلی از مصادیق قاچاق می باشد.

سوال 10
هنوز جواب داده نشده
نمره از 1.00
علامت گذاری سوال

کنترل کالا در انبار به چه صورت است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. نقطه ثبت سفارش
- b. لیست استاندارد اقلام انبار
- c. بیت کالا
- d. همه موارد

وظیفه توزیع آن است که کالا مناسب به دست مشتری برسد

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. در زمان و مکان مناسب
- b. با قیمت
- c. با کیفیت
- d. با کمیت

کدامیک از موارد ذیل جهت مراقبت از استوما مورد استفاده قرار می گیرد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. خمیر اسنومی
- b. نیوب شکمی
- c. نازوکاسپریک کاتر
- d. فیدینگ نیوب

براساس آیین نامه تجهیزات پزشکی، تامین ، ساخت ، ورود و ترخیص تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط اشخاص حقیقی صرفاً در موارد خاص با تصویب مجاز خواهد بود

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کمیسیون ماده 20
- b. کمیته فنی
- c. انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کس
- d. هیات صنعت معدن و تجارت

کدامیک از موارد ذیل از جمله اقدامات حفاظت در برابر برق گرفتگی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. استفاده از عایق بندی مناسب
- b. استفاده از سیم هایی با رسانایی بالا
- c. استفاده از رمی حفاظتی
- d. استفاده از مدارهای قطع کننده جریان

سوال 11

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 12

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 13

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 14

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 15

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

عوامل مؤثر در تعیین حداکثر زمان فواصل کنترل کیفی وسایل پزشکی چیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. پیشنهاد و توصیه کمپانی سازنده
- b. مدت زمان، تعداد و چگونگی استفاده از وسیله پزشکی
- c. سوابق کالبراسیون و تعمیرات وسیله
- d. همه موارد

سوال 16

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 17

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

کدامیک از موارد ذیل در حوزه چشم پزشکی کاربرد ندارد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. اسپوئر
- b. اینجکتر
- c. بن شایز
- d. رنگ

سوال 18

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

..... شناسه ای چند رقمی که منتهی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزیننه و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می گردد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. شناسه رهگیری
- b. شناسه ردیابی
- c. شناسه کالا
- d. شناسه اصالت

سوال 19

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

کدامیک از موارد ذیل در مدیریت درمان رخم مورد استفاده قرار نمی گیرد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. اسپانج هموستاتیک
- b. چسب رینگ آکساید
- c. فور ها
- d. دستکش نتریل

سوال 20

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

براساس آیین نامه تجهیزات پزشکی، صاحبان حرف پزشکی عبارت است از

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کلیه مراکز درمانی و واحدهای پزشکی، درمانی و دارویی
- b. کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی
- c. کلیه آزمایشگاه ها و مراکز تشخیص طبی
- d. همه موارد

براساس آئین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی، در صورت احراز عدم تطابق عملکرد و ایمنی تجهیزات و ملزومات پزشکی با ادعای تولید کننده که منجر به خسارات جانی، مالی و معیشتی گردد: مسئول جبران خسارات وارده می باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. تولیدکننده
- b. واردکننده
- c. نماینده قانونی تولیدکننده
- d. همه موارد

سوال 21
هنوز جواب داده نشده
نمره از 1.00
علامت گذاری سوال

تعداد نیروی فنی جهت ارائه خدمات پس از فروش براساس تعیین می گردد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. بعد از دستگاه های بخت پوشش
- b. تکنولوژی به کار رفته در دستگاه ها
- c. میزان نیاز به سرویس و تعمیرات دستگاه ها
- d. همه موارد

سوال 22
هنوز جواب داده نشده
نمره از 1.00
علامت گذاری سوال

در سیستم انبارداری، FFFO یعنی:

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. اولین خروجی کالایی است که شرایط نگهداری خاصی دارد.
- b. اولین ورودی، آخرین خروجی
- c. اولی خروجی، کالایی است که تاریخ انقضای آن نزدیک تر می باشد.
- d. اولین ورودی، اولین خروجی

سوال 23
هنوز جواب داده نشده
نمره از 1.00
علامت گذاری سوال

فراخوان وسیله پزشکی به معنای می باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. اطلاع رسانی و جمع آوری وسیله
- b. جمع آوری وسیله و با اقدام اصلاحی
- c. اطلاع رسانی و باس وسیله
- d. جمع آوری وسیله و تهرج وسیله فاقد نقص

سوال 24
هنوز جواب داده نشده
نمره از 1.00
علامت گذاری سوال

براساس آیین نامه تجهیزات پزشکی، اشخاص حقیقی یا حقوقی وکلیه موسسات پزشکی مکلفند قبل از امحاء و اسقاط تجهیزات و ملزومات پزشکی غیر قابل استفاده موضوع را جهت اقدام مقتضی مطابق دستورالعمل های ابلاغی به منعکس نمایند

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. معاونت درمان با اداره کل
- b. دانشگاه یا اداره کل
- c. معاونت بهداشت با معاونت درمان
- d. معاونت توسعه مدیریت و منابع

سوال 25
هنوز جواب داده نشده
نمره از 1.00
علامت گذاری سوال

کدامیک از جریان های ذیل در تجهیزات پزشکی، جریان ناشی محسوب نمی شود؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. جریانی که از ترمینال زمین دستگاه وارد زمین می شود.
- b. جریانی که از محفظه دستگاه وارد زمین می شود.
- c. جریانی که از قسمت های کاربردی بیمار از طریق بیمار وارد زمین می شود.
- d. جریانی که بی قسمت های کاربردی بیمار از طریق بدن بیمار جریان می یابد.

سوال 26

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 27

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

کدامیک از موارد ذیل از شرایط مدیر فنی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط
- b. حداقل 3 سال سابقه کار در حوزه تجهیزات پزشکی
- c. طی دوره آموزشی ISO 17025
- d. طی دوره IEC 60601-1

سوال 28

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

در چیدمان کالاهای پزشکی در انبار Controlled Zone به چه معیاست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کالاهایی که باید در جای خنک نگهداری شوند، در مکان کنترل شده دمایی قرار گیرند.
- b. کالاهایی که دارای ایزش بالایی هستند، در مکان های خاص قرار گیرند.
- c. کالاهایی که دارای شرایط ایمنی بالایی هستند، در مکان های ایمن قرار گیرند.
- d. دستورالعمل سازنده در خصوص انبارش رعایت گردد.

سوال 29

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

برای انواع کانالهای توریج کدامند

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. افقی و عمودی
- b. افقی و عمودی و چند کاناله
- c. مستقیم و غیرمستقیم
- d. افقی و چند کاناله

سوال 30

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

اکسیژناتور در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. قلب و عروق
- b. تنفسی
- c. بیوشی
- d. زبان و زانمان

سیلک چند رشته ای جزء کدام گروه از نخ های بچی می باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. نخ های طبیعی و عمر قابل جذب
- b. نخ های طبیعی و قابل جذب
- c. نخ های مصنوعی و قابل جذب
- d. نخ های مصنوعی و غیرقابل جذب

کدامیک از موارد ذیل از جمله اقدامات اصلاحی نمی باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. تعمیر یا تنظیم وسیله
- b. خارج کردن وسیله از بازار
- c. برجست گذاری مجدد وسیله
- d. آگاه ساختن بیمار از مشکل و تحت نظر قرار دادن بیمار

براساس آیین نامه تجهیزات پزشکی، کدامیک از موارد ذیل از جمله وظایف کمیته فنی است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. تصمیم سازی و بررسی موارد خاص
- b. بررسی شرایط و صلاحیت مسئولین فنی
- c. ارائه پیشنهاد و راهکار در خصوص حمل و نقل و انبارش تجهیزات پزشکی
- d. همه موارد

کدامیک از عبارات ذیل نادرست است.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کلیه بیس فاکتورهای صادر شده جهت توزیع کنندگان باید علاوه بر قیمت فروش به توزیع کننده، دارای قیمت مصرف کننده نیز باشند.
- b. ذکر شماره بیس فاکتور در تمام صفحات بیس فاکتور الزامی نمی باشد.
- c. ذکر مهلت اعتبار بیس فاکتور در تمام صفحات بیس فاکتور الزامی است.
- d. ذکر نام کامل خریدار به همراه آدرس و تلفن وی در بیس فاکتور الزامی است.

کاترهای نغروستومی در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. اورولوژی
- b. تنفسی
- c. سوتی
- d. زنان و زایمان

سوال 31

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 32

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 33

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 34

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 35

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

معرفی مسئول فنی برای چه اشخاصی الزامی است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. عرصه کنندگان
- b. توزیع کنندگان
- c. توزیع کنندگان کالاهای سطح 1
- d. توزیع کنندگان کالاهای سطح 2

نگهداری پیشگیرانه به منظور انجام می گردد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. رفع مشکلات و خرابی ها
- b. کالبراسیون
- c. استفاده بهینه و پیشگیری از بروز نقص
- d. همه موارد

ساختن خرابی و اسکالات کیفی کالا کدام یک از موارد زیر میباشد/

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. شکستگی و ترک خوردگی و پارگی
- b. تغییر رنگ در بدنه دستگاه ها
- c. بوی غیر معمول
- d. همه موارد

حادثه ناگوار عبارت است از

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. حادثه ای که منجر به مرگ گردد.
- b. حادثه ای که منجر به خسارت جانی یا مالی گردد.
- c. حادثه ای که منجر به آسیب جدی گردد.
- d. حادثه ای که منجر به مرگ یا آسیب جدی گردد.

براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال 1392)، کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تسهیلات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است، نامیده می شود.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کالای ممنوع
- b. کالای مشروط
- c. کالای ممتاز مشروط
- d. کالای مجاز

سوال 36

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری

سوال 37

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری

سوال 38

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری

سوال 39

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری

سوال 40

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری

کدام دسته بندی جهت نخ های بجه صحیح می باشد؟


یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. نخ های طبیعی یا مصنوعی، نخ های قابل جذب یا غیر قابل جذب
- b. نخ های طبیعی یا مصنوعی، قابل جذب یا غیر قابل جذب، تک رشته ای یا چند رشته ای
- c. نخ های طبیعی یا مصنوعی، تک رشته ای یا چند رشته ای
- d. نخ های قابل جذب یا غیر قابل جذب، تک رشته ای یا چند رشته ای

سوال 41

هنوز جواب داده نشده


نمره از 1.00



سوال 42

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00



ایجاد ابزار مجزا جهت توزیع کدامیک از تجهیزات پزشکی الزامی نمی باشد؟


یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کالاهای دندانپزشکی سطح 2 (کلاس خطر A و B)
- b. کالاهای آزمایشگاهی تشخیص طبی
- c. کالاهای قلبی عروقی
- d. هیچکدام

سوال 43

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00



طبق ضوابط وسایل پزشکی در آمریکا، "فراخوان" به چند کلاس تقسیم می شود؟


یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. سه کلاس - کلاس یک برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- b. سه کلاس - کلاس سه برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- c. چهار کلاس - کلاس یک برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- d. چهار کلاس - کلاس سه برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.

سوال 44

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00



اروفارنژیال در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟


یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. اورولوژی
- b. تنفسی
- c. بیوشیمی
- d. ریه و ریومات

سوال 45

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00



دستگاه پزشکی با طبقه بندی IPX1.....

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. فاقد حفاظت در برابر ذرات و دارای حفاظت در برابر نفوذ آب
- b. فاقد حفاظت در برابر ذرات و فاقد حفاظت در برابر نفوذ آب
- c. دارای حفاظت در برابر ذرات و دارای حفاظت در برابر نفوذ آب
- d. دارای حفاظت در برابر ذرات و فاقد حفاظت در برابر نفوذ آب

گزارش حادثه ناگوار یا مشکل کیفی تجهیزات پزشکی برای کدامیک از موارد ذیل الزامی است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. موسسات پزشکی
- b. تولیدکننده یا نماینده قانونی ایشان
- c. توزیع کننده
- d. همه موارد

کدامیک از موارد ذیل از جمله اقدامات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. ارزیابی عملکرد
- b. ارزیابی امنیتی
- c. اعلام نتایج ارزیابی
- d. تعمیر یا رفع ایرادات

دستگاه پزشکی که دارای قسمت کاربردی در تماس با بدن بیمار می باشد و جریان الکتریکی به بدن بیمار اعمال می-کند، دارای قسمت کاربردی با طبقه حداقل باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. B
- b. CF
- c. BF
- d. همه موارد

طبقه بندی تجهیزات پزشکی از نظر حفاظت در برابر برق گرفتگی چگونه است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. طبقه I، طبقه II و طبقه III
- b. طبقه I، طبقه II، SELV
- c. طبقه I، طبقه II، دارای منبع تغذیه داخلی
- d. طبقه I، طبقه II، دارای قسمت های ولتاژ پایین

درج کدامیک از مشخصات کالا در فاکتور فروش الزامی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. یکبار مصرف بودن
- b. استریل بودن
- c. کد کاتالوگ
- d. تاریخ ساخت

سوال 46

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علاقت گذاری سوال

سوال 47

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علاقت گذاری سوال

سوال 48

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علاقت گذاری سوال

سوال 49

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علاقت گذاری سوال

سوال 50

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علاقت گذاری سوال

مرجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق به منظور تعین ارزش کالاهای قاچاق از کدام مرجع اقدام به استعلام می نماید؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- b. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان های مأمور وصول درآمدهای دولت
- c. اداره کل تجهیزات پزشکی
- d. مرجع رسیدگی کننده موظف است بر اساس قانون رسماً ارزش کالاهای قاچاق را تعیین و اقدام به صدور رأی نماید

با توجه به ضوابط اتحادیه اروپا در حوزه وسایل پزشکی، دایرکتیو مربوط به وسایل پزشکی کاشتنی فعال (AIMD)، کدام گزینه می باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. 93/42/EEC
- b. 98/79/EEC
- c. 90/385/EEC
- d. هیچکدام

یکی از ارکان به هم آمیخته بازاریابی است که در ساده ترین حالت وظیفه انتقال محصول از محل تولید محصول به محل خرید مشتری را به عهده دارد

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. فروش
- b. بازاریابی
- c. توزیع
- d. عرضه

کاترهای مانومتریک در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. اورولوژی
- b. تنفسی
- c. بیوشیمی
- d. ربات و رایمان

براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال 1392)، شخصی در یک شرکت خصوصی مأمور خرید می باشد و برای اولین بار شخصاً مرتکب جرم قاچاق برخی اقلام تجهیزات پزشکی شده است که ارزش مجموع آنها زیر 10 میلیون تومان می باشد. به جرم وی در کدام مرجع رسیدگی می شود؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. دادسرا
- b. دادگاه انقلاب
- c. دادسرای عمومی و انقلاب
- d. سازمان تعزیرات حکومتی

سوال 51

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 52

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 53

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 54

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال

سوال 55

هنوز جواب داده نشده

نمره از 1.00

علامت گذاری سوال