

سؤال 1

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

ساعت‌مزد ساعات بین راهی جهت ارائه خدمات پس از فروش

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. معادل با ساعت‌مزد ساعات مفید است.
- b. معادل با 50% ساعت‌مزد ساعات مفید است.
- c. معادل با 70% ساعت‌مزد ساعات مفید است.
- d. برای تمامی دستگاه‌ها یکسان است.

[Clear my choice](#)

سؤال 2

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

طبق ضوابط وسایل پزشکی در آمریکا، "فراخوان" به چند کلاس تقسیم می‌شود؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. سه کلاس- کلاس یک برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- b. سه کلاس- کلاس سه برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- c. چهار کلاس- کلاس یک برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.
- d. چهار کلاس- کلاس سه برای وسایلی است که ایجاد خطر جدی برای سلامتی و یا مرگ برای کاربر قابل پیش بینی است.

[Clear my choice](#)

..... شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت میشود و به صورت رمزینه و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج میگردد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. شناسه رهگیری
- b. شناسه ردیابی
- c. شناسه کالا
- d. شناسه اصالت

[Clear my choice](#)

همیشه خرده فروشانی موفق خواهند بود که بتوانند کالای در اختیار مشتریان خود قرار دهند

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. با قیمت نازلتر
- b. مرغوبتر
- c. مرغوبتر و با قیمت نازلتر
- d. با قیمت نازلتر و در کوتاه ترین زمان

[Clear my choice](#)

سؤال 3

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

سؤال 4

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

سؤال 5

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن
سؤال

کدامیک از عبارات ذیل نادرست است

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کلیه پیش فاکتورهای صادر شده جهت توزیع کنندگان باید علاوه بر قیمت فروش به توزیع کننده، دارای قیمت مصرف کننده نیز باشند.
- b. ذکر شماره پیش فاکتور در تمام صفحات پیش فاکتور الزامی نمی باشد.
- c. ذکر مهلت اعتبار پیش فاکتور در تمام صفحات پیش فاکتور الزامی است.
- d. ذکر نام کامل خریدار به همراه آدرس و تلفن وی در پیش فاکتور الزامی است.

[Clear my choice](#)

سؤال 6

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن
سؤال

----- یک نشانه مکتوب و یا هر علامت گرافیکی است که به همراه و سیله ویا پوشش خارجی آن در بروشور، راهنما، و..... موجود باشد

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. برچسب گذاری
- b. برچسب
- c. حیطة کاربردوسیله پزشکی
- d. نام تجاری وسیله پزشکی

[Clear my choice](#)

..... عبارت از فروش مستقیم تجهیزات پزشکی به صاحبان حرف پزشکی است.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. عرضه
- b. توزیع
- c. خرده فروشی
- d. توزیع و عرضه

[Clear my choice](#)

کدامیک از موارد ذیل در مدیریت درمان زخم مورد استفاده قرار نمی گیرد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. اسپانچ هموستاتیک
- b. چسب زینک اکساید
- c. فوم ها
- d. دستکش نیتریل

[Clear my choice](#)

سؤال 7

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

سؤال 8

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

سؤال 9

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

چه نکاتی در انبارها باید رعایت گردد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کف انبار باید شیب ملایم داشته باشد
- b. درب انبارها باید از جنس فلز باشد
- c. انبارها باید مجهز به وسایل و ابزار آتش نشانی باشد
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سؤال 10

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

در ارتباط با مصرفی های اورولوژی و نفرولوژی همه موارد صحیح است بجز؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. استنت حالب
- b. سوند فولی
- c. کنتر هماچوری
- d. اروفارنژیال

[Clear my choice](#)

سؤال 11

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

کدامیک از موارد ذیل نادرست است.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی فاقد مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی به منزله قاچاق است.
- b. تبلیغات تجهیزات پزشکی فاقد مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی ممنوع است.
- c. داروخانه ها صرفاً مجاز به تهیه تجهیزات پزشکی از توزیع کنندگان می باشند.
- d. صاحبان حرف پزشکی منحصرأ مجاز به تهیه تجهیزات پزشکی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند.

[Clear my choice](#)

سؤال 12

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

هدف از کدگذاری کالا چیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. تشخیص سریال کالا
- b. تشخیص و تفکیک اقلام مختلف از یکدیگر و ایجاد سیستمی اسان در نگهداری اطلاعات
- c. تشخیص تاریخ تولید و انقضا
- d. هیچ کدام

[Clear my choice](#)

سؤال 13

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

🚩 علامت زدن
سؤال

کدامیک از جریان های ذیل در تجهیزات پزشکی، جریان نشتی محسوب نمی شود؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. جریانی که از ترمینال زمین دستگاه وارد زمین می شود.
- b. جریانی که از محفظه دستگاه وارد زمین می شود.
- c. جریانی که از قسمت های کاربردی بیمار از طریق بیمار وارد زمین می شود.
- d. جریانی که بین قسمت های کاربردی بیمار از طریق بدن بیمار جریان می یابد.

[Clear my choice](#)

سؤال 14

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

🚩 علامت زدن
سؤال

عوامل موثر در تعیین حداکثر زمان فواصل کنترل کیفی وسایل پزشکی چیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. پیشنهاد و توصیه کمپانی سازنده
- b. مدت زمان، تعداد و چگونگی استفاده از وسیله پزشکی
- c. سوابق کالیبراسیون و تعمیرات وسیله
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

کدامیک از موارد ذیل در حوزه چشم پزشکی کاربرد ندارد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. اسپونژ
- b. اینجکتور
- c. پین شانز
- d. رینگ

[Clear my choice](#)

سؤال 15

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن سؤال

دستگاه پزشکی با طبقه بندی IPX1.....

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. فاقد حفاظت در برابر ذرات و دارای حفاظت در برابر نفوذ آب
- b. فاقد حفاظت در برابر ذرات و فاقد حفاظت در برابر نفوذ آب
- c. دارای حفاظت در برابر ذرات و دارای حفاظت در برابر نفوذ آب
- d. دارای حفاظت در برابر ذرات و فاقد حفاظت در برابر نفوذ آب

[Clear my choice](#)

سؤال 16

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن سؤال

سؤال 17

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن سؤال

کاتترهای مانومتریک در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. اورولوژی

b. تنفسی

c. بیهوشی

d. زنان و زایمان

[Clear my choice](#)

سؤال 18

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن سؤال

فراخوان (Recall) وسیله پزشکی به چه معناست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. خارج کردن وسیله از بازار و تعمیر آن

b. خارج کردن وسیله از بازار

c. خارج کردن وسیله از بازار و انجام اقدامات اصلاحی

d. اطلاع رسانی عمومی مشکل کیفی وسیله

[Clear my choice](#)

سؤال 19

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

طبقه بندی تجهیزات پزشکی از نظر حفاظت در برابر برق گرفتگی چگونه است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. طبقه I، طبقه II و طبقه III
- b. طبقه I، طبقه SELV، II
- c. طبقه I، طبقه II، دارای منبع تغذیه داخلی
- d. طبقه I، طبقه II، دارای قسمتهای ولتاژ پایین

[Clear my choice](#)

سؤال 20

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

تولید وسیله در آمریکا مطابق اصول و "شرایط تولید خوب" مربوط به کدام کنترل قانونی می باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کنترل های عمومی
- b. کنترل های ویژه
- c. کنترل های عمومی و ویژه
- d. کنترل

[Clear my choice](#)

کدامیک از دستکش های ذیل ساخته شده از مواد طبیعی است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. دستکش وینیل

b. دستکش نیتریل

c. دستکش لاتکس

d. هیچ کدام

[Clear my choice](#)

سؤال 21

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

کدام یک از گزینه های زیر جز ضوابط پیش فاکتور الزامی است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. قیمت مصرف کننده در پیش فاکتور قید گردد

b. شماره صفحه در پیش فاکتور الزامی است

c. اسم خریدار در پیش فاکتور قید گردد

d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سؤال 22

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

سؤال 23

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

کدامیک از موارد ذیل از جمله اقدامات اصلاحی نمی باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. جمع آوری تجهیزات پزشکی دارای اشکال
- b. تحت نظر قرار دادن بیمار
- c. تنظیم وسیله
- d. برچسب گذاری مجدد تجهیزات پزشکی دارای اشکال

[Clear my choice](#)

سؤال 24

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

کدامیک از موارد ذیل نادرست می باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. مدیر فنی نمی تواند مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره باشد.
- b. به ازای هر پنج دستگاه در دامنه فعالیت دارنده مجوز حداقل یک نفر پرسنل فنی ضروری است.
- c. مدت اعتبار موافقت اولیه سه ماه می باشد.
- d. پرسنل فنی باید توسط دارنده مجوز بیمه شده باشند.

[Clear my choice](#)

سؤال 25

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

کدامیک از موارد ذیل از جمله ایمپلنت های استخوانی جذبی است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. پیچ
- b. مش
- c. پین
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سؤال 26

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

ایجاد انبار مجزا جهت توزیع کدامیک از تجهیزات پزشکی الزامی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کالاهای دندانپزشکی سطح 2 (کلاس خطر A و B)
- b. کالاهای آزمایشگاهی تشخیص طبی
- c. کالاهای قلبی عروقی
- d. موارد الف و ب

[Clear my choice](#)

سؤال 27

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن
سؤال

براساس آیین نامه تجهیزات پزشکی، کدامیک از موارد ذیل از جمله اهداف تجهیزات پزشکی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. ایجاد فرآیند سترون کردن محیط
- b. به تعویق انداختن آسیب یا معلولیت
- c. اصلاح فرآیندهای فیزیولوژیک
- d. طراحی مواد بر پایه روش های ایمنی شناسی

[Clear my choice](#)

سؤال 28

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن
سؤال

مطابق با آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی، مسئولیت عملکرد و ایمنی تجهیزات و ملزومات پزشکی بر عهده چه کسی است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. تولید کننده
- b. اداره کل تجهیزات پزشکی
- c. تولید کننده/واردکننده و نماینده قانونی آنها
- d. موسسات پزشکی

[Clear my choice](#)

استانداردها مجموعه ---- مستندی هستند که حاوی ویژگیهای فنی و یا دیگر شرایط دقیق می باشند

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. علائم
- b. قواعد
- c. تعاریف
- d. توافقات

[Clear my choice](#)

سؤال 29

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

کدام گزینه از اهداف تعقیب خط سیر..... نمی باشد :

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. امکان حذف سریع خطرات بالقوه
- b. خارج کردن دستگاههای معیوب از خط فروش
- c. جمع آوری اخطارهای ایمنی
- d. مطلع ساختن بیماران از مشکلات ویژه دستگاهها

[Clear my choice](#)

سؤال 30

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

سؤال 31

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

براساس آیین نامه تجهیزات پزشکی، مؤسسه پزشکی عبارت است از

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کلیه مراکز درمانی و واحدهای پزشکی، درمانی و دارویی
- b. کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی
- c. کلیه آزمایشگاه ها و مراکز تشخیص طبی
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سؤال 32

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

در چیدمان کالاهای پزشکی در انبار Controlled Zone به چه معناست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. کالاهایی که باید در جای خنک نگهداری شوند، در مکان کنترل شده دمایی قرار گیرند.
- b. کالاهایی که دارای ارزش بالایی هستند، در مکان های خاص قرار گیرند.
- c. کالاهایی که دارای شرایط ایمنی بالایی هستند، در مکان های ایمن قرار گیرند.
- d. دستورالعمل سازنده در خصوص انبارش رعایت گردد.

[Clear my choice](#)

سؤال 33

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن
سؤال

پیگیری گزارش MDR با چه روشی انجام می شود؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. از طریق کد ورود به سامانه

b. از طریق نام وسیله

c. با کد ثبت گزارش

d. امکان پیگیری برای گزارشات مردمی وجود ندارد.

[Clear my choice](#)

سؤال 34

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن
سؤال

معرفی مسئول فنی برای چه اشخاصی الزامی است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. عرضه کنندگان

b. توزیع کنندگان

c. توزیع کنندگان کالاهای سطح 1

d. توزیع کنندگان کالاهای سطح 2

[Clear my choice](#)

سؤال 35

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

کدام گزینه نادرست می باشد ؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. 93/42/EEC آیین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.
- b. 90/385/EEC آیین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.
- c. 93/15/EEC آیین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.
- d. 98/79/EC آیین نامه مرتبط با وسایل پزشکی می باشد.

[Clear my choice](#)

سؤال 36

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

حادثه ناگوار عبارت است از

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. حادثه ای که منجر به مرگ گردد.
- b. حادثه ای که منجر به خسارت جانی یا مالی گردد.
- c. حادثه ای که منجر به آسیب جدی گردد.
- d. حادثه ای که منجر به مرگ یا آسیب جدی گردد.

[Clear my choice](#)

سؤال 37

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

کدامیک شامل زایمان و نازایی می باشد

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. کتترهای نگهداری از تخمک

b. فیدینگ تیوب

c. تیوب مقعدی

d. تیوب شکمی

[Clear my choice](#)

سؤال 38

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

درج کدامیک از مشخصات کالا در فاکتور فروش الزامی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. یکبار مصرف بودن

b. استریل بودن

c. کد کاتالوگ

d. تاریخ ساخت

[Clear my choice](#)

در هنگام چک نمودن کالای تحویلی انبار، کدام مورد جزء شاخص های خرابی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. شکستگی، زنگ زدگی
- b. عملکرد نادرست کالا
- c. تغییر رنگ در بدنه دستگاه ها یا قطعات
- d. ترك خوردگی یا پارگی، بوی غیر معمول

[Clear my choice](#)

سؤال 39

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

کدامیک از موارد ذیل از جمله اقدامات کنترل کیفی تجهیزات پزشکی نمیباشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. ارزیابی عملکرد
- b. ارزیابی ایمنی
- c. اعلام نتایج ارزیابی
- d. تعمیر یا رفع ایرادات

[Clear my choice](#)

سؤال 40

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

اروفارنژیال در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. اورولوژی

b. تنفسی

c. بیهوشی

d. زنان و زایمان

[Clear my choice](#)

سؤال 41

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

کدامیک از موارد ذیل جزء کالاهای مصرفی توزیعی سطح 1 نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. کالاهای مصرفی ارولوژی

b. کالاهای مصرفی بیهوشی- تنفسی

c. کالاهای جراحی عمومی

d. کالاهای آزمایشگاهی تشخیص طبی

[Clear my choice](#)

سؤال 42

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

کاتترهای نفروستومی در چه زمینه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. اورولوژی

b. تنفسی

c. بیهوشی

d. زنان و زایمان

[Clear my choice](#)

سؤال 43

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

کدام یک از گزینه های زیر جز ضوابط فاکتور نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. در سربرگ فروشنده باشد

b. فاکتور با مهر و امضا خریدار باشد

c. کالا کد imd داشته باشد

d. مشخصات کالا درفاکور قید گردد

[Clear my choice](#)

سؤال 44

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

کدامیک از موسسات زیر می بایست در سایت "سازمان غذا و داروی آمریکا" رجیستر شوند؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. تولیدکننده و واردکنندگان و توزیع کنندگان
- b. صادرکنندگان
- c. Repakagers&Relablers
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سؤال 45

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

شرح ابزارهای اختصاصی تجهیزات پزشکی توسط سازنده در الزامی است.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. راهنمای سرویس
- b. راهنمای کاربری
- c. چک لیست PM
- d. گزینه های الف و ب

[Clear my choice](#)

سؤال 46

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

سؤال 47

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

کدام دسته بندی جهت نخ های بخیه صحیح میباشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. نخ های طبیعی یا مصنوعی، نخ های قابل جذب یا غیر قابل جذب
- b. نخ های طبیعی یا مصنوعی، قابل جذب یا غیر قابل جذب، تک رشته ای یا چند رشته ای
- c. نخ های طبیعی یا مصنوعی، تک رشته ای یا چند رشته ای
- d. نخ های قابل جذب یا غیر قابل جذب، تک رشته ای یا چند رشته ای

[Clear my choice](#)

سؤال 48

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

فراخوان وسیله پزشکی به معنای می باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. اطلاع رسانی و جمع آوری وسیله
- b. جمع آوری وسیله و یا اقدام اصلاحی
- c. اطلاع رسانی و پایش وسیله
- d. جمع آوری وسیله و توزیع وسیله فاقد نقص

[Clear my choice](#)

سؤال 49

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن
سؤال

کدامیک مصرفی قلب و عروق می باشد

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. آی سی دی

b. پروتز

c. پین

d. پلاک

[Clear my choice](#)

سؤال 50

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن
سؤال

نظارت سازمان غذا و دارو آمریکا در مرحله " قبل از فروش " شامل کدامیک از مراحل زیر نمی باشد ؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. تبلیغات

b. تولید وسیله

c. طراحی و توسعه

d. بسته بندی و برچسب گذاری

[Clear my choice](#)

سؤال 51

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

اشخاص حقوقی که تولیدکننده یا نماینده قانونی تولیدکننده نمی باشند

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. در صورت تسلط بر تعمیرات تجهیزات پزشکی مجاز به ارائه خدمات پس از فروش می باشند.
- b. در صورت اخذ مجوز مجاز به ارائه خدمات پس از فروش می باشند.
- c. مجاز به ارائه خدمات پس از فروش نمی باشند.
- d. مجاز به ارائه خدمات پس از فروش جهت دستگاه های با عمر بالای ده سال می باشند.

[Clear my choice](#)

سؤال 52

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

علامت زدن

سؤال

در فضای انبار اگر پالت استفاده شود چه نکای بایر رعایت گردد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. حداقل 20 سانتی متر از کف فاصله داشته باشد
- b. حداقل 30 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد
- c. حداقل 40 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد
- d. حداقل 15 سانتی متر از کف فاصله داشته باشد

[Clear my choice](#)

با توجه به ضوابط اتحادیه اروپا در حوزه وسایل پزشکی، دایرکتیو مربوط به وسایل پزشکی کاشتنی فعال (AIMD)، کدام گزینه می باشد

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. 93/42/EEC

b. 98/79/EEC

c. 90/385/EEC

d. هیچکدام

[Clear my choice](#)

سؤال 53

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی بر عهده است.

یک گزینه را انتخاب کنید:

a. فروشنده تجهیزات پزشکی

b. شرکت توزیع کننده تجهیزات پزشکی

c. نمایندگان قانونی سازنده تجهیزات پزشکی

d. هیچکدام

[Clear my choice](#)

سؤال 54

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

کدامیک شامل ایمپلنتهای استخوانی ستون فقرات نمی باشد

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. نات
- b. اتصال عرضی
- c. تاندون مصنوعی
- d. جایگزین جسم مهره ایی

[Clear my choice](#)

اگر مشکل کیفی جهت یکی از کیت های آزمایشگاهی گزارش شود، شرکت مربوطه باید ظرف چند روز نتایج بررسی های خود را به اداره کل اعلام نماید؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. 20 روز
- b. به صورت آنی
- c. 3 روز
- d. 5 روز

[Clear my choice](#)

سؤال 55

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

سؤال 56

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

کدام یک از موارد زیر شامل اقدامات اصلاحی جهت حل مشکلات مربوط به ایمنی و عملکرد وسیله پزشکی نمیباشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. استفاده از عایق بندی مناسب
- b. استفاده از سیم هایی با رسانایی بالا
- c. استفاده از زمین حفاظتی
- d. استفاده از مدارهای قطع کننده جریان

[Clear my choice](#)

تعداد نیروی فنی جهت ارائه خدمات پس از فروش براساس تعیین می گردد.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. تعداد دستگاه های تحت پوشش
- b. تکنولوژی به کار رفته در دستگاه ها
- c. میزان نیاز به سرویس و تعمیرات دستگاه ها
- d. همه موارد

[Clear my choice](#)

سؤال 57

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

سؤال 58

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

سؤال 59

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

کدام جمله صحیح نمی باشد

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. برچسب گذاری مناسب به منظورشناسایی صحیح و استفاده صحیح از وسایل پزشکی می باشد.
- b. در برچسب گذاری مناسب ارائه هشدارهای آگاه کننده و راهنمایی های شفاف ضروری می باشد.
- c. دربرچسب گذاری مناسب انطباق کالا با استانداردهای مربوطه برای کاربر نهایی نمایش داده می شود.
- d. دربرچسب گذاری مناسب ارائه اطلاعات جهت شناسایی و استفاده ایمن وسیله صورت می گیرد

[Clear my choice](#)

سؤال 60

پاسخ ذخیره شده

نمره از 1.00

۳ علامت زدن

سؤال

حداکثر زمان مراجعه جهت ارائه خدمات پس از فروش در استان است.

یک گزینه را انتخاب کنید:

- a. 24 ساعت
- b. 48 ساعت
- c. 72 ساعت
- d. یک هفته

[Clear my choice](#)