تقدیم میکند

تخصصی ترین مرجع در زمینه نمونه سوالات و جزوات
دوره های مسئول فنی تجهیزات پزشکی

نکته برداری از جزوات
مشخص کردن نکات امتحانی
مجموعه نمونه سوالات تولید و توزیع ادوار گذشته
پشتیبانی فوق العاده به صورت ۲۴/۷

bmeng.blogfa.com @bmeng_imed 09999897158

سؤال **۱**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کنترل کالا در انبار به چه صورت است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. نقطه ثبت سفارش
○ b. لیست استاندارد اقلام انبار
○ c. ثبت کالا
● d. همه موارد

Clear my choice

سؤال **۲**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

قسمت های کاربردی که در تماس با قلب بیمار هستند باید مطابق با الزامات كداميك از انواع قسمت های کاربردی باشند.

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. B
● b. CF
○ c. BF
○ d. C

Clear my choice

سؤال **۳**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کدامیک از دلایل اهمیت برچسب گذاری است ؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. ضرورت هشدارهای آگاه کننده
○ b. راهنمایی های شفاف برای کاربر
○ c. ارائه اطلاعات جهت شناسایی و استفاده ایمن از وسیله
● d. همه موارد

Clear my choice

سؤال **۴**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

"FEFO چیست؟"

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. ارزیابی وضعیت کالاهای انبار
● b. بررسی چیدمان براساس تاریخ انقضا first-to-expire-first-out
○ c. پایش ایمنی بودن انبار از نظر دسترسی
○ d. هیچکدام

Clear my choice

سؤال **۵**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

PMN در واقع همان....... می باشد :

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. اعلام پس از فروش
● b. اعلام پیش از فروش
○ c. تاییدیه پس از فروش
○ d. تاییدیه پیش از فروش

Clear my choice

سؤال **٦**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

نظام 5S کدام یک از موارد زیر میباشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. آراستگی
○ b. بی نظمی
○ c. استاندارد سازی
● d. گزینه Aو C صحیح می باشد

Clear my choice

سؤال **۷**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

به چه شرکتی، شرکت ثالث گفته می شود؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. به شخص حقوقی اطلاق می گردد که تولید کننده یا نماینده قانونی تجهیزات پزشکی مورد تقاضا می باشد لیکن مطابق این دستورالعمل، دارای مجوز ارائه خدمات پس از فروش در حیطه فعالیت تعریف شده می باشد.
● b. به شخص حقوقی اطلاق می گردد که تولید کننده یا نماینده قانونی تجهیزات پزشکی مورد تقاضا نمی باشد لیکن مطابق این دستورالعمل، دارای مجوز ارائه خدمات پس از فروش در حیطه فعالیت تعریف شده می باشد.
○ c. گزینه الف و ب
○ d. هیچکدام

Clear my choice

سؤال **۸**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

برای نمایش اطلاعات شرکت وارد کننده در سامانه imed چه اقدامی باید انجام شود؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
● a. نمایندگی معتبر، IRC معتبر، حداقل یک ترخیص
○ b. نمایندگی معتبر، حداقل یک IRC معتبر
○ c. نمایندگی معتبر
○ d. ثبت نام و دریافت نام اررى و کلمه عبور

Clear my choice

سؤال **۹**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کدامیک شامل ایمپلنتهای استخوانی ستون فقرات نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. نات
○ b. اتصال عرضی
○ c. تاندون مصنوعی
● d. جایگزین جسم مهره ایی

Clear my choice

سؤال **۱۰**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

جریانی که در استفاده عادی از دستگاه از طریق بیمار بین قسمت های کاربردی وجود دارد چه نام دارد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
● a. جریان نشتی بیمار
○ b. جریان نشتی محفظه
○ c. جریان نشتی زمین
○ d. جریان کمکی بیمار

Clear my choice

سؤال **۱۱**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

اداره کل می تواند به منظور ارتقاء کیفیت و کشف قیمت با با تصویب .....نسبت به ایجاد فضای رقابتی ، صدور مجوزهای واردات موازی ، فوریتی ، اعلام فراخوان قیمت وایجاد فهرست کوتاه خرید اقدام نماید

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. کمیته فنی
● b. کمیسیون قیمت گذاری
○ Bوc. A صحیح می باشد
○ d. هیچکدام

Clear my choice

سؤال **۱۲**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کدام یک از موارد زیر از وجمله وظایف مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی مرکز درمانی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. نظارت بر اینکه کلیه خریدهای مرکز درمانی طی قرارداد و به نحوی که از رسوب ملزومات پزشکی در انبار خودداری گردیده و امکان جابجایی کالا با اقلام موجود در انبار فروشنده (Exchange) وجود داشته باشد.
○ b. نظارت بر ضوابط فاکتور و پیش فاکتور و نحوه فروش کالا در شبکه توزیع قانونی
● c. عضویت در کمیته دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته
○ d. نظارت بر مسئول فنی ملزومات پزشکی داروخانه(درصورت واگذاری داروخانه به بخش خصوصی)

Clear my choice

سؤال **۱۳**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کدامیک شامل مصرفی گوارش نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
● a. کیسه کلستومی
○ b. نازوگاستریک کتتر
○ c. استایلت تراشه
○ d. رکتال تیوب

Clear my choice

سؤال **۱۴**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کدام مورد جزو ویژگیهای تجویزی (ظاهری) نمی باشد ؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. ابعاد وسیله
● b. روش کالیبراسیون
○ c. الزامات فرایندی
○ d. تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده برای وسیله

Clear my choice

سؤال **۱۵**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

شرکت پس از دریافت شکایت رسمی از طرف مشتری حداکثر ظرف مدت چند ساعت بایستی موضوع را رسیدگی کرده و به مشتری اعلام نماید؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. ۱۲ ساعت
● b. ۲٤ ساعت
○ c. ۳۶ ساعت
○ d. ٤٨ ساعت

Clear my choice

سؤال **١٦**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

در انبارها رعایت چه نکاتی ضروری است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. حداقل فاصله pallet از کف انبار ۲۰ سانتی متر باشد
● b. چیدمان بر اساس label برچسب مشخص باشد
○ c. کیت های آزمایشگاهی در کنار کالاهای دیگر قرار بگیرند
○ d. رعایت FEFO اجباری نیست

Clear my choice

سؤال **۱۷**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

چه افرادی مجاز به ارائه خدمات پس از فروش به تجهیزات پزشکی می باشند؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. تولیدکننده
○ b. واردکننده
○ c. شرکت ثالث خدمات پس از فروش
● d. هر سه گزینه درست است

Clear my choice

سؤال **۱۸**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

كداميك از موارد ذیل جزء معیارهای اصلی نیروی فنی شرکت جهت خدمات پس از فروش می باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. توانایی جسمانی
○ b. تحصیلات مرتبط
○ c. سابقه و مهارت کافی
● d. همه موارد

Clear my choice

سؤال **۱۹**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کدامیک از موارد ذیل از مسؤلیت های مرکز ارزیابی دارو و پژوهش نمی باشد ؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. کنترل کارخانه های داروسازی
○ b. برچسب گذاری داروها
○ c. ضمانت ایمنی و اثربخشی داروهای تولید شده برای حیوانات
● d. تبلیغات محصولات دارویی

Clear my choice

سؤال **۲۰**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

تاریخ اعتبار IRC پرونده وارداتی به چه مواردی بستگی دارد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. نظر کارشناس، پرداخت هزینه
● b. نظر کارشناس، پرداخت هزینه، تاریخ اعتبار نمایندگی
○ c. تاریخ اعتبار نمایندگی، نظر کارشناس
○ d. تاریخ اعتبار نمایندگی

Clear my choice

صفحهٔ بعد

► تالار اعلانات

رفتن به...

تلگرام bmeng.blogfa.com
اینستاگرام @bmeng_imed
واتساپ ۰۹۹۹۸۹۷۱۰۸

**سؤال ۲۱**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

تجهیزات پزشکی براساس ایمنی شامل چند سطح می باشد:

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. ۲سطح
● b. ۳سطح
○ c. ٤ سطح
○ d. ۵ سطح

Clear my choice

**سؤال ۲۲**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

به منظور ارتقاء کیفیت خدمات پس از فروش در زمینه تجهیزات وملزومات پزشکی سرمایه ای کلیه تولید کنندگان،وارد کنندگان ونمایندگان قانونی آنها موظف هستند نسبت به ضمانت محصول نهایی گارانتی ووارانتی به مدت ......و ارایه خدمات پس از فروش ....پس از گارانتی مطابق دستورالعمل های ابلاغی اقدام نمایند .

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. یکسال –یکسال
● b. یکسال – ده سال
○ c. دو سال –ده سال
○ d. ده سال –ده سال

Clear my choice

**سؤال ۲۳**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

میزان خسارتی که جریان برق هنگام عبور از بدن به انسان وارد می کند به کدامیك از عوامل زیر وابسته نیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. مدت زمانی که از بدن عبور می کند.
○ b. شدت ولتاژ
○ c. مسیری که از بدن طی می کند
● d. شدت جریان

Clear my choice

**سؤال ۲۴**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

تولید کننده وسیله پزشکی کلاس III برای فروش قانونی خود در بازار آمریکا باید کدام الزام قانونی را رعایت نماید ؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. پیاده سازی کنترل های عمومی و دریافت تاییدیه پیش از فروش
● b. پیاده سازی کنترل های ویژه و دریافت تاییدیه پیش از فروش
○ c. پیاده سازی کنترل های عمومی و دریافت اعلام پیش از فروش
○ d. پیاده سازی کنترل های ویژه و دریافت اعلام پیش از فروش

Clear my choice

**سؤال ۲۵**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

هدف از کدگذاری کالا چیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. تشخیص سریال کالا
● b. تشخیص و تفکیک اقلام مختلف ازیکدیگر و ایجاد سیستمی اسان در نگهداری اطلاعات
○ c. تشخیص تاریخ تولید و انقضا
○ d. هیچ کدام

Clear my choice

**سؤال ٢٦**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی سرمایه ای)به غیر از موارد مندرج در پیوست ضمیمه۲) می بایست از طریق اقدام ......................... تامین کننده به ..................... صورت پذیرد.

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. مستقیم-توزیع کننده
○ b. غیر مستقیم- توزیع کننده
○ c. غیر مستقیم- مصرف کننده
● d. مستقیم-مصرف کننده

Clear my choice

**سؤال ۲۷**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

درصورتیکه هریک از مسئولین موضوع ماده ۳ یا مسئولین مراکز تهیه یا توزیع وفروش دارو وتجهیزات وملزومات پزشکی مبادرت به خرید وفروش غیرقانونی موارد وفوق نمایند ویا از توزیع وارائه خدمات خودداری نمایند ویا موجب اخلال در سیستم توزیع داروئی وتجهیزات وملزومات پزشکی کشور شوند به .....محکوم می گردند .

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. باراول تعطیلی محل کار توسط وزارت بهداشت وجریمه نقدی از ۵ تا ۵۰ میلیون ریال
○ b. در صورت تکرار به پرداخت جریمه نقدی از ۵تا ۱۰۰ میلیون ریال یا دوبرابر قیمت دارو وتجهیزات وملزومات پزشکی مکشوفه (هرکدام که بیشتر باشد )
○ c. محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از ۱تا ۱۰ سال
● d. هر سه مورد صحیح می باشد

Clear my choice

**سؤال ۲۸**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

وظایف مدیریت انبارداری چیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. نظارت بر پایش وضعیت اقلام موجود در انبار
○ b. چک کردن کالا بر اساس تاریخ تولید
○ c. دریافت کالا و چیدمان بر اساس تاریخ انقضا
● d. گزینه Aو C صحیح می باشد

Clear my choice

**سؤال ۲۹**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

منظور از توزیع در دستورالعمل کالاهای لیست پایه چیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی به صورت عمده توسط هر فرد
● b. فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی به صورت عمده توسط تولید کننده و وارد کننده و شرکت های توزیع کننده با مجوز اداره کل
○ c. ارائه تجهیزات پزشکی توسط صنوف تجهیزات پزشکی
○ d. هیچکدام

Clear my choice

**سؤال ۳۰**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

براساس تبصره.............. ماده..............گمرك ایران موظف است مشخصات دقیق تجهیزا(تعدادونوع و شماره مجوز وزارت بهداشت)را در اسناد گمرکی صادره قید نماید

یک گزینه را انتخاب کنید:
● a. تبصره۳ ماده۱۹
○ b. تبصره۱ ماده ۱۹
○ c. تبصره۲ ماده۵
○ d. تبصره۳ ماده ۸

Clear my choice

**سؤال ۳۱**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

مسئولیت های ناشی از تولید تجهیزات وملزومات پزشکی به عهده .....می باشد ودر صورت اعطای نمایندگی رسمی توزیع به طرف ثالث به منظور صادرات مسئولیت های مرتبط با خدمات پس از فروش به عهده .....می باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. نماینده قانونی –نماینده قانونی
● b. تولید کننده –نماینده قانونی
○ c. تولید کننده – تولید کننده
○ d. نماینده قانونی –تولید کننده

Clear my choice

**سؤال ۳۲**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

از نقاط ضعف توزیع مستقیم کدام است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
● a. هزینه بیشتر
○ b. عدم پوشش دهی نقاط مختلف
○ c. ۱ و۲ صحیح است
○ d. د-هیچکدام

Clear my choice

**سؤال ۳۳**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کد GTIN باید چه ویژگی های داشته باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
● a. ساختار صحیح در سایت Gs۱.org، تعداد ارقام
○ b. غیر تکراری
○ c. ساختار صحیح در سایت Gs۱.org
○ d. غیر تکراری، ساختار صحیح در سایت Gs۱.org، تعداد ارقام

Clear my choice

**سؤال ۳۴**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

استفاده از عبارتSELF-TESTING بر روی برچسب نشان دهنده چیست؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
● a. آزمایش توسط فرد غیر حرفه ای انجام می شود
○ b. صرفا برای یک بیمار خاص طراحی شده است.
○ c. الف و ب
○ d. هیچکدام

Clear my choice

**سؤال ۳۵**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

در صورتیکه وسیله بازسازی شده است ، ذکر کدام مورد ضروری نیست :

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. نام شرکت بازسازی کننده
○ b. تاریخ بازسازی
● c. تعداد و نوع قطعات تعویض شده
○ d. اطلاعاتی که نشان دهد وسیله بازسازی شده است

Clear my choice

**سؤال ٣٦**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

در کدهای Batch No./ Serial No / Lot No در ......... الزامیست.

یک گزینه را انتخاب کنید:
● a. فاکتور
○ b. پیش فاکتور
○ c. گزینه الف و ب
○ d. هیچکدام

Clear my choice

**سؤال ۳۷**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کدامیک مصرفی قلب و عروق می باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
● a. آی سی دی
○ b. پروتز
○ c. پین
○ d. پلاک

Clear my choice

**سؤال ۳۸**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کدامیک از استانداردهای ذیل بعنوان یک استاندارد منطقه ای شناخته می شود؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. ISO ۱۳٤۸۵:۲۰۰۳
● b. EN ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵
○ c. DIN EN ISO ۱۳٤۸۵:۲۰۱۵
○ d. همه موارد

Clear my choice

**سؤال ۳۹**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

شاخص خرابی و اشکالات کیفی کالا کدام یک از موارد زیر میباشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. شکستگی و ترک خوردگی و پارگی
○ b. تغییر رنگ در بدنه دستگاه ها
○ c. بوی غیر معمول
● d. همه موارد

Clear my choice

**سؤال ۴۰**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

اعطای نمایندگی انحصاری به توزیع کننده سراسری یا توزیع کننده استانی از سوی تامین کنندگان ............ نیست.

یک گزینه را انتخاب کنید:
○ a. غیر مجاز
● b. مجاز
○ c. تخلف
○ d. هیچکدام

Clear my choice

صفحهٔ قبل صفحهٔ بعد

► تالار اعلانات

رفتن به...

تلگرام @bmeng_imed
اینستاگرام @bmeng_imed
واتساپ

سؤال **۴۱**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

اگر تولید کننده یا وارد کننده وسیله پزشکی نسبت به ارائه گزارش مشکل کیفی وسیله، امتناع کند چه اقدامی صورت می گیرد:

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ● a. اداره کل می تواند مطابق با ضوابط با شرکت خاطی برخورد و راسا اطلاع رسانی نماید.
- ○ b. اداره کل میتواند نسبت به اطلاع رسانی گزارش حادثه ناگوار یا مشکل کیفی راسا اقدام نماید.
- ○ c. مراکز درمانی می توانند شرکت وارد کننده یا تولید کننده به مراجع قانونی شکایت نماید
- ○ d. مراکز درمانی از وسیله استفاده نمی کند.

Clear my choice

سؤال **۴۲**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

ساعتمزدهای خدمات انجام شده خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیل ......... درصد افزایش می یابد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. ۲۰
- ○ b. ۳۰
- ● c. ٤۰
- ○ d. ۵۰

Clear my choice

سؤال **۴۳**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کمیته فنی دارو وتجهیزات دانشگاه ...

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ● a. کمیته ای۹ نفره با مسئولیت معاون غذا و دارو وعضویت نمایندگان معاون درمان، معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون آموزشی، ٤ نفر از متخصصان و مسئول تجهیزات پزشکی به عنوان دبیر کمیته دانشگاه می باشد.
- ○ b. کمیته ای۹ نفره با مسئولیت معاون درمان وعضویت نمایندگان غذا و دارو ، معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون آموزشی، ٤ نفر از متخصصان و مسئول تجهیزات پزشکی به عنوان دبیر کمیته دانشگاه می باشد.
- ○ c. کمیته ای۷ نفره با مسئولیت معاون غذا و دارو وعضویت نمایندگان معاون درمان، معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون آموزشی، ۲ نفر از متخصصان و مسئول تجهیزات پزشکی به عنوان دبیر کمیته دانشگاه می باشد.
- ○ d. کمیته ای۷ نفره با مسئولیت معاون درمان وعضویت نمایندگان غذا و دارو ، معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون آموزشی، ۲ نفر از متخصصان و مسئول تجهیزات پزشکی به عنوان دبیر کمیته دانشگاه می باشد.

Clear my choice

سؤال **۴۴**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

همیشه خرده فروشانی موفق خواهند بود که بتوانند کالای .........در اختیار مشتریان خود قراردهند

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. با قیمت نازلتر
- ○ b. مرغوبتر
- ○ c. مرغوبتر و با قیمت نازلتر
- ● d. با قیمت نازلتر ودرکوتاه ترین زمان

Clear my choice

سؤال **۴۵**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

در صورتیکه ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از یک میلیارد ریال باشد چگونه با آن برخورد می گردد ؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. دو تا پنج سال حبس
- ○ b. جزای نقدی برابر هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
- ● c. ۱ و۲ صحیح است
- ○ d. هیچکدام

Clear my choice

سؤال **٤٦**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

طبق الزامات و نکات عمومی فاکتور و پیش فاکتور درج کد .............. الزامی می باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. GTIN
- ● b. IRC
- ○ c. IMD
- ○ d. همه موارد

Clear my choice

سؤال **۴۷**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

راهکارهای اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا وارز چیست:

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. طرح مالیات بر ارزش افزوده
- ○ b. اعمال هدفمند، برنامه ریزی شده و محدوده نرخ حقوق وعوارض گمرکی
- ○ c. شناسنامه دار کردن کالاهای وارداتی
- ● d. هر سه مورد

Clear my choice

سؤال **۴۸**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کدامیک شامل مصرفی ارتوپدی نمی باشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. ایمپلنت های استخوانی تروما
- ○ b. ایمپلنت های استخوانی فك و صورت و جمجمه
- ○ c. ایمپلنت های استخوانی جذبی
- ● d. اینجکتور-کارتریج

Clear my choice

سؤال **۴۹**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

مشکل کیفی یک آنژیوکت، باقی ماندن قسمت پلاستیکی آن در رگ بیمار بوده است. کلاس فراخوان آن کدام است؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ● a. I
- ○ b. II
- ○ c. شماره کلاسی به آن تعلق نمی¬گیرد.
- ○ d. III

Clear my choice

سؤال **۵۰**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

در خصوص تهیه کالاهای فهرست پایه مراکز می بایست ...

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. صرفا نسبت به تهیه و تامین کالاهایی که دارای اعلام قیمت توسط اداره کل می باشند اقدام نمایند.
- ○ b. برابر نظریه کمیته فنی دارو وتجهیزات دانشگاه اقدام نمایند.
- ○ c. از آن دسته از ملزومات که قیمت آنها به تائید اداره کل رسیده خرید نمایند.
- ● d. همه موارد

Clear my choice

سؤال **۵۱**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کلیه توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی، ملزم به معرفی مسئول فنی با مدرک تحصیلی ............................ می باشند.

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ● a. مهندسی پزشکی
- ○ b. پزشکی
- ○ c. داروسازی
- ○ d. مورد الف و ج

Clear my choice

سؤال **۵۲**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی ما بین توزیع کنندگان سراسری...................... نمی باشد.

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ● a. مجاز
- ○ b. غیر مجاز
- ○ c. تخلف
- ○ d. هیچکدام

Clear my choice

سؤال **۵۳**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲ فصل سوم پیشگیری از بروز قاچاق با کنترل کیفی و رعایت استانداردهای تولیدی....

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. دارابودن استاندارد در خصوص کالاهای مشمول استاندارد اجباری الزامی است
- ○ b. وزارت بهداشت در راستای وظایف قانونی نسبت به بازدید از مراکز تولیدی تجهیزات پزشکی اقدام نماید
- ○ c. وزارت بهداشت نسبت به بررسی در خواستهای صدور مجوز قانونی فعالیت اقدام نماید
- ● d. هر سه مورد

Clear my choice

سؤال **۵۴**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

درصورتی که مشکل کیفی گزارش شده باعث ایجاد آسیب قابل بازگشت شود، فراخوان آن جز کدام کلاس میباشد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. I
- ● b. II
- ○ c. شماره کلاسی به آن تعلق نمی¬گیرد.
- ○ d. III

Clear my choice

سؤال **۵۵**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

استانداردها چه جنبه هایی از محصولات را پوشش می دهند ؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. ایمنی
- ○ b. عملکرد
- ○ c. سرویس و نگهداری
- ● d. همه موارد

Clear my choice

سؤال **٥٦**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

تاریخ اعتبار IRC پرونده تولیدی به چه مواردی بستگی دارد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. نظر کارشناس
- ● b. نظر کارشناس و پروانه ساخت
- ○ c. پروانه ساخت
- ○ d. پرداخت هزینه

Clear my choice

سؤال **۵۷**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

تجهیزات وملزومات پزشکی مشمول وضعیت .......می بایست در نمایشگاه به نحو مقتضی اطلاع رسانی وشناسایی شوند

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ● a. ترخیص موقت ونمونه
- ○ b. فراخوان ونمونه
- ○ c. فراخوان وترخیص موقت
- ○ d. فراخوان شده

Clear my choice

سؤال **۵۸**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کلیه اقلام آزمایشگاهی تشخیص طبی که شامل زنجیره سرد می باشند جزء کالاهای سطح .... می باشند.

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ● a. سطح ۱
- ○ b. سطح ۲
- ○ c. هردو سطح
- ○ d. هیچکدام

Clear my choice

سؤال **۵۹**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کدام هزینه با احتساب سود در محاسبه قیمت فروش کالاها منظور می گردد؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. FOB
- ○ b. کرایه حمل خارجی
- ○ c. بیمه
- ● d. همه موارد

Clear my choice

سؤال **٦۰**
هنوز پاسخ داده نشده است
نمره از ۱.۰۰
علامت زدن سؤال

کدام مورد جزو استانداردهای افقی نمی باشد ؟

یک گزینه را انتخاب کنید:
- ○ a. استاندارد آنالیز ریسک تجهیزات پزشکی
- ○ b. استاندارد سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی
- ● c. استاندارد ایمنی الکتریکی عمومی تجهیزات پزشکی
- ○ d. استاندارد ارزیابی بالینی تجهیزات پزشکی

Clear my choice

صفحهٔ قبل | اتمام آزمون ...

► تالار اعلانات

رفتن به...

تلگرام @bmeng.blogfa.com
اینستاگرام @bmeng_imed
واتساپ ۰۹۹۹۸۹۷۱۰۸